

采购信息	采购单位名称	生命健康与环境工程学院	
	采购项目名称	合肥大学生命健康与环境工程学院生物制药专业设备购买项目	
	成交供应商	安徽君乔科技有限公司	
	成交价	¥57600.00（伍万柒仟陆佰元整）	
联系方式	联系电话	17354027261	
	公示时间	自发布公示之日起 2 个工作日	
采购清单			
序号	物资名称	规格型号	数量
1	废液通风房	1、规格：2500*850*2350mm 2、材质：采用 1.0mm 厚镀锌钢板，所有金属表面经环氧树脂粉末静电流流水线自动化喷涂及高温固化，颜色同家具保持一致。 3、排风：采用 PP 集气罩，出风口直径 250mm 圆孔，套管连接，减少气体扰流，配套 DN250PP 材质排风管，安装风量调节阀，风机以及控制线路 4、双扇推拉门，地面铺贴 PVC 塑胶地板，配有照明、开关、插座、配电箱等电气系统。	1
2	中央台	一、技术要求 1. 规格：4800*1500*800mm， 2. 柜体：采用厚度 1.0mm 钢板，表面环氧防腐喷涂，柜体内部预留层板孔，拉手与面板一体折弯成型一字拉手。滑轨选用品牌三节滚珠静音滑轨，铰链选用品牌 110 度直弯弹簧铰链，地脚 8mm 螺杆尼龙塑料底座承重及防腐蚀防水性强。 3. 台面材质：20mm 陶瓷台板，采用 20mm 厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。 二、技术参数 ★1、尺寸偏差：提供检测机构出具的检测报告，样品尺寸≥3000mm×750mm×20mm、≥1000mm×1000mm×20mm 进行检测，检测要求为：长度偏差：±2mm；宽度偏差：±2mm；厚度偏差：±0.50mm；垂直度≤	1

		1mm/m; 边缘直度$\leq$1mm/m; 平整度$\leq$1mm/m, 检测结果为: 符合。 ★2、表面质量(%) : 提供检测机构出具的检测报告, 检验类别为抽样检验, 抽样地点: 生产公司成品库, 样品基数$\geq$3000 块, 样品数量$\geq$8 块, 技术要求: 至少 98%的陶瓷台面其主要区域无明显缺陷, 检验结果为 100%。 3、抗冲击性: 提供检测机构出具的检测报告, 检测结果为$\geq$0.86。 4、承载性能: 提供检测机构出具的检测报告, 检测结果为: 重量不低于 700kg 保压时间不少于 600h, 样品无破坏。 备注: 以上四项为台面产品的物理性技术要求, 投标供应商可在中标后提供台面品牌厂家符合以上技术参数指标的检测报告复印件, 检测报告须标注专用于本项目投标使用字样, 并加盖陶瓷品牌厂家鲜章, 并提供加盖厂家鲜章的质量承诺书。 5、以下两项为台面产品的化学和放射性技术要求, 对实验结果和实验人员安全具有较强的影响, 因此要求参与投标的供应商在投标文件中提供符合要求的技术参数指标的检测报告复印件, 检测报告须标注专用于本项目投标使用字样, 并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 ★5.1、耐化学/耐污性能要求: 要求检测样品为抽检样, 型号包含普通平板陶瓷板(总厚度: 20MM); 普通碟型陶瓷板(总厚度: 25MM), 检测报告中应包含有不少于 49 种检测试剂, 且检测结果等级为 0	
--	--	--	--

		级（无可见变化）的不少于 46 项。 ★5.2、放射性：要求检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板（抽检样），测试结果为：核素的放射性比活度，镭-226$\leq$108Bq/kg, 钍-232$\leq$125Bq/kg, 钾-40$\leq$800Bq/kg。	
3	试剂架	1、规格：3200*300*750mm， 2、材质：立柱采用裸板$\geq$1.0mm 厚度一级冷轧钢板整体焊接，表面酸洗磷化环氧树脂静电喷涂，双层可调节层板、材质采用8mm厚度透明钢化玻璃、采用304 不锈钢圆钢护栏，防止物品跌落 3、配电：试剂架每个立柱配 2 个五孔知名品牌插座以及配套敷设供电线缆、控制开关，配电箱等	1
4	PP 水槽套件	1、包含：PP 水槽、三联水龙头、滴水架、洗眼器， 2、配套安装自来水上下水管以及接头软管、开关阀门等，排水管需要在地面开孔穿管至下一层安装等	2
5	全钢试剂柜	1、规格：900*450*1800mm， 2、材质：柜体采用厚度 1.0mm 钢板折弯焊接，表面环氧防腐喷涂顶排风， 层板：一层固定三层活动， 3、门：上玻下实，玻璃采用 5mm 钢化玻璃 排风：配套 DN110PP 排风管及弯头、三通、风阀等配件。	4
6	全钢器皿柜	1、规格：900*450*1800mm， 2、材质：柜体采用厚度 1.0mm 钢板折弯焊接，表面环氧防腐喷涂顶排风， 层板：一层固定四层活动， 3、门：上下皆玻璃门，玻璃采用 5mm 钢化玻璃	2
7	1.5 米通风柜	一、技术要求 1、规格：1500*850*2350mm，	7

		柜体：通风柜为全钢外壳框架支持，柜体的正面外壳、装饰封板、侧板、层板、顶板、底板等材料全部采用 1.0mm 厚优质冷轧板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 2、台面材质：20mm 陶瓷台板，采用 20mm 厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。 二、技术参数 ★1、尺寸偏差：提供检测机构出具的检测报告，样品尺寸 $\geq 3000\text{mm} \times 750\text{mm} \times 20\text{mm}$、$\geq 1000\text{mm} \times 1000\text{mm} \times 20\text{mm}$ 进行检测，检测要求为：长度偏差：$\pm 2\text{mm}$；宽度偏差：$\pm 2\text{mm}$；厚度偏差：$\pm 0.50\text{mm}$；垂直度 $\leq 1\text{mm/m}$；边缘直度 $\leq 1\text{mm/m}$；平整度 $\leq 1\text{mm/m}$，检测结果为：符合。 ★2、表面质量（%）：提供检测机构出具的检测报告，检验类别为抽样检验，抽样地点：生产公司成品库，样品基数 ≥ 3000 块，样品数量 ≥ 8 块，技术要求：至少 98% 的陶瓷台面其主要区域无明显缺陷，检验结果为 100%。 3、抗冲击性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为 ≥ 0.86。 4、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于 700kg 保压时间不少于 600h，样品无破坏。 备注：以上四项为台面产品的物理性技术要求，投标供应商可在中标后提供台面品牌厂家符合以上技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章，并提供加盖厂家鲜章的质	
--	--	--	--

		量承诺书。 5、以下两项为台面产品的化学和放射性技术要求，对实验结果和实验人员安全具有较强的影响，因此要求参与投标的供应商在投标文件中提供符合要求的技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 ★5.1、耐化学/耐污性能要求：要求检测样品为抽检样，型号包含普通平板陶瓷板（总厚度：20MM）；普通碟型陶瓷板（总厚度：25MM），检测报告中应包含有不少于 49 种检测试剂,且检测结果等级为 0 级（无可见变化）的不少于 46 项。 ★5.2、放射性：要求检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板（抽检样），测试结果为：核素的放射性比活度，镭-226 $\leq 108\text{Bq/kg}$, 钍-232 $\leq 125\text{Bq/kg}$, 钾-40 $\leq 800\text{Bq/kg}$。	
8	1.8 米通风柜	1、规格：1800*850*2350mm，余同上	2